

VERIFICACIÓ PERIÒDICA / VERIFICACIÓN PERIÓDICA:

A l'empara de l'article 33 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Al amparo del artículo 33 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Titular: <i>Titular:</i>	COLEGIO OFICIAL INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE VALENCIA C/ Guillem de Castro, 9 3ª planta 46007 VALENCIA-VALENCIA
Instrument: / <i>Instrumento:</i> Fabricant: / <i>Fabricante:</i> Marca: / <i>Marca:</i> Model: / <i>Modelo:</i> Núm. de sèrie: / <i>Nº de serie:</i>	SONÓMETRO INTEGRADOR Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S Brüel & Kjaer 2238 2285793
Instrument: / <i>Instrumento:</i> Fabricant: / <i>Fabricante:</i> Marca: / <i>Marca:</i> Model: / <i>Modelo:</i> Núm. de sèrie: / <i>Nº de serie:</i>	MICRÓFONO Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S Brüel & Kjaer 4188 2669398
Instrument: / <i>Instrumento:</i> Marca: / <i>Marca:</i> Model: / <i>Modelo:</i> Núm. de sèrie: / <i>Nº de serie:</i>	PREAMPLIFICADOR Brüel & Kjaer ZC-0030 n/c

Realitzats en data 16-07-2014 els exàmens administratiu, visual i tècnic establits en l'ORDE ITC/2845/2007, de 25 de setembre, (B.O.E. núm. 237 de 03/10/2007), per la qual es regula el control metrològic de l'Estat dels instruments destinats al mesurament de so audible i dels calibradors acústics, i en aplicació de la seua disposició transitòria primera, sonòmetres i calibradors acústics en servici, si és procedent, se certifica que l'instrument objecte del present document ha superat els assajos corresponents a la verificació indicada.

En conseqüència, es declara al dit instrument conforme per a efectuar el mesurament propi de la seua finalitat, durant el termini d'un any a comptar de la data anteriorment citada, en la es van realitzar els assajos de verificació.

Realizados en fecha 16-07-2014 los exámenes administrativo, visual y técnico establecidos en la Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre (B.O.E. nº 237 de 03/10/2007), por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido audible y de los calibradores acústicos, y en aplicación de su disposición transitoria primera, sonómetros y calibradores acústicos en servicio, si procede, se certifica que el instrumento objeto del presente documento, ha superado los ensayos correspondientes a la verificación indicada.

En consecuencia, se declara a dicho instrumento conforme para efectuar la medición propia de su finalidad, durante el plazo de un año a contar desde la fecha anteriormente citada, en la que se realizaron los ensayos de verificación.

Picanya, 16 de Julio de 2014
Picanya, 16 de Juliol de 2014



INGEN
LABORATORIO DE METROLOGIA
C/ Disabte, 2/A, piso 2
46210 Picanya VALENCIA
Tel: 96 313 40 77 • Fax 96 383 44 94
MANUEL SOLER
Responsable tècnic
Responsable técnico